

Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 生产设备维护与保养控制程序	受控状态			
	文件编号	SS-COP-013	版 本	A
	页 号	1/8	生效日期	2004-4-8
<p>1-0 目的 控制生产设备的使用、维护与保养过程，确保生产所需的各类设备处于正常状态。</p> <p>2-0 适用范围 适用于所有生产流程设备的控制。</p> <p>3-0 职责 3.1 设备工程部负责设备的维修工作。 3.2 生产操作人员负责设备的保养工作。</p> <p>4-0 程序 4.1 所有设备均登记于“仪器设备明细表”中； 4.2 每台设备应有编号。</p> <p>5-0 设备的使用 5.1 操作人员要每天对设备进行必要的清洁工作。 5.2 每周一执行一次保养工作，详见相应设备的操作指引。 5.3 操作人员应严格按照设备操作指引进行工作。 5.4 必要时操作人员须接受培训，合格后，方能上岗。</p> <p>6-0 临时维修 6.1 操作人员如果发现设备出现故障，应立即停止使用，并报告设备工程部。 6.2 设备工程部校修人员对于有故障的设备应立即采取如下措施： 6.2.1 禁止操作人员使用该设备。 6.2.2 必要时通知生产部对经该设备加工过的产品重新检查。 6.2.3 维修人员排除故障后，通知生产部，允许操作人员使用该设备。并将检修结果登记在“生产设备检修记录表”上。</p> <p>7-0 定期维护 7-1 设备工程部负责对各类设备进行定期维护： 7-1-1 维护周期见附录</p>				
编制		审核		审批

Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 生产设备维护与保养控制程序	受控状态			
	文件编号	SS-COP-013	版 本	A
	页 号	2/8	生效日期	2004-4-8
<p>7.1.2 维护工作包括：全面检查设备各项性能，清洁并润滑部件，发现问题应及时修理，详细内容可查阅续后附录。</p> <p>7.1.3 将维修结果记入“生产设备检修记录表”。</p> <p>7-2 如果日后增添设备，其维护周期可见“仪器设备明细表”的规定。</p> <p>8-0 参考文件： 各种生产设备操作指引。</p> <p>9-0 参考记录： 仪器设备明细表 生产设备检修记录表 生产设备保养卡。</p>				
编制		审核		审批

Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 生产设备维护与保养控制程序	受控状态			
	文件编号	SS-COP-013	版本	A
	页号	3/8	生效日期	2004-4-8

附录：

No	编号	仪器设备名称 (维护周期)	日常保养项目
1	IHOX	耐压测试仪 (半年)	1.清洁仪器。 2.检查高压线好坏以及高压线与连接插座接触是否良好等。
2	AU0X	超声波焊接机 (半年)	1.清洁机器。 2.定时放水，检查漏气与否。
3	KNOX	数字表箱 (半年)	1.清洁仪器。 2.检查电源线有无破损，检查表头准确与否
4	BPOX BS0X CP0X CS0X CC0X CR0X	初级绕线机 次级绕线机 环型绕线机 环型包带机 R型绕线机 (半年)	1.清洁机器。 2.给各传动部位加润滑油（依照机型传动部件之需加注机油或黄油）等。
5	PROX	烘烤箱 (半年)	1.清洁机器。 2.检查温度、时间准确与否。
6	IFOX	变频电源 (半年)	1.清洁仪器。
7	AH0X	高频焊接机 (半年)	1.清洁机器。 2.给各活动部位加润滑油等。
8	CA0X	空气压缩机 (半年)	1.清洁机器。 2.检查压力超限与否、放水、检查电机发烫与否等。
9	PT0X	温度计	1.清洁机器。 2.检查热电偶连接好坏等。

编制		审核		审批	
----	--	----	--	----	--

Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 生产设备维护与保养控制程序	受控状态			
	文件编号	SS-COP-013	版 本	A
	页 号	4/8	生效日期	2004-4-8

No.	编号	仪器设备名称 (维护周期)	日常保养项目
10	GD0X	钻床 (一年)	1、清洁机器。 2、加润滑油。
11	GP0X	冲床 (一年)	1、清洁机器。 2、给各活动部件加润滑油。
12	PA0X	老化试验台车 (一年)	1、清洁仪器。 2、检查接线柱及插座是否良好等。
13	LW0X	线圈测量仪	1、清洁仪器。 2、检查读数准确与否等。
14	PM0X	移影机 (一年)	1、清洁机器。 2、检查各气管是否漏气、放水，给各传动部件加润滑油等。
15	DS0X	摇摆测试仪 (半年)	1、清洁机器。 2、给各活动部件加润滑油。
16	FH0X	半自动打包机 (半年)	1、清洁机器。 2、给各活动部件加润滑油。
17	PO0X	示波器 (一年)	1、清洁仪器。 2、QC人员检查电源线、探头有无破损。
18	PI0X	铁损测量仪 (半年)	1、清洁仪器。 2、检查各附件是否良好，保护好探头及标准铁板，以防生锈。

编制		审核		审批	
----	--	----	--	----	--

Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 生产设备维护与保养控制程序	受控状态			
	文件编号	SS-COP-013	版本	A
	页号	5/8	生效日期	2004-4-8

No.	编号	仪器设备名称 (维护周期)	日常保养项目
19	IA0X	交流稳压电源 (半年)	1.清洁仪器。 2、检查输入、输出电源线有无破损等。
20	KA0X	交流毫伏表 (半年)	1.清洁机器。 2、检查按钮、旋钮是否失灵，电源线、 电缆线有无破损等。
21	CV0X	真空浸油机 (半年)	1.清洁机器。(内盖油渣清理) 2、检查密封圈、阀门好坏，定期给压缩 机加机油等。
22	GS0X	声级计 (一年)	1.清洁仪器。 2.检查电缆线是否良好、电池电压是否正 常等。
23	FK0X	胶管裁切机 (半年)	1.清洁机器。 2、给各传动部件加润滑油等。
24	FPOX	端子压接机 (半年)	1.清洁机器。 2、给各传动部件加润滑油、检查模具好 坏等。
25	DL0X	振动试验台 (一年)	1.清洁机器。 2.给各传动部位加润滑油等。
26	BW0X	爪式波峰焊接机 (半年)	1.清洁机器。 2、请按双波峰机操作指引日常维护事项 进行保养。 3、监督并协助操作人员完成以上工作。
27	EPOX	PCB板切脚机 (半年)	1.清洁机器。 2、检查钨钢刀好坏以及各零部件有无松 动 3、给各传动部件加润滑油。

编制		审核		审批	
----	--	----	--	----	--

Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 生产设备维护与保养控制程序	受控状态			
	文件编号	SS-COP-013	版 本	A
	页 号	6/8	生效日期	2004-4-8

No	编号	仪器设备名称 (维护周期)	日常保养项目
28	FR0X	电阻成型加工机 (半年)	1.清洁仪器。 2、检查零配件有无松动。 3、给各传动部件加润滑油。
29	PB0X	散装电流剪脚机 (半年)	1.清洁机器。 2. 检查 零 配 件 有 无 松 动 。 3、给各传动部件加润滑油。
30	FC0X	恒温恒湿机 (半年)	1、检查机器。(包括恒温恒湿箱清理、加湿器之清洗等。) 2、检查湿球测试布好坏、电源线有无破损等。
31	OC0X	温控锡炉 (半年)	1.清洁机器。 2、检查电源线、传感线有无破损，温度准确与否等。
32	JE0X	电子负载 (半年)	1.清洁仪器。 2、检查电源线有无破损等。
33	ID0X	直流稳压电源 (半年)	1.清洁仪器。 2、检查电压是否可调、电源线有无破损等。
34	JT0X	变压器电量测试仪 (半年)	1、清洁仪器。 2、检查测试连接线是否正确、电源线有无破损等。
35	HF0X	热熔断器测试仪 (半年)	1、清洁仪器。 2、检查固定电阻、发光二极管好坏，添加液压油等。
36	JV0X	电磁线电压试验仪 (半年)	1、清洁机器。 2、清洁高压试验室，检查高压电线是否良好等。

编制		审核		审批	
----	--	----	--	----	--

Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 生产设备维护与保养控制程序	受控状态			
	文件编号	SS-COP-013	版 本	A
	页 号	7/8	生效日期	2004-4-8

No	编号	仪器设备名称 (维护周期)	日常保养项目
37	KC0X	漏 电 电 流 表 (一年)	1.清洁仪器。 2、检查测试夹好坏等。
38	FF0X	磨刀机 (一年)	1.清洁机器。 2、检查紧固螺丝是否松动、电源线有无破损等。
39	KE0X	电子称 (一年)	1、清洁机器。 2、检查电源线有无破损等。
40	JL0X	LCR 数字电桥 (一年)	1.清洁机器。 2、检查测试端线仔好坏、电源线有无破损等。
41	JD0X	数字万用表 (半年)	1.清洁仪器。 2、检查测试表笔、电源线有无破损等。
42	KT0X	晶体管物性图示仪 (一年)	1.清洁仪器。 2、检查各测试用附件是否良好、电源线有无破损等。
43	KD0X	电磁干扰测试仪 (一年)	1、清洁仪器。 2、清洁屏蔽室以及所配附件，检查屏蔽线接插头是否良好等。
44	KS0X	开关三极管分选仪 (一年)	1、清洁仪器。 2、检查三极管磁管座、电源线是否良好等。
45	GM0X	磁性元件分选仪 (一年)	1、清洁机器。 2、检查测试用探试针、连接线以及电源线有无破损等。

编制		审核		审批	
----	--	----	--	----	--

Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 生产设备维护与保养控制程序		受控状态			
		文件编号	SS-COP-013	版本	A
		页号	8/8	生效日期	2004-4-8
No.	编号	仪器设备名称 (维护周期)	日常保养项目		
46	HE0X	电子镇流器性能分析仪 (一年)	1.清洁仪器。 2、检查通讯线、接线夹、电源线有无破损等。		
47	APOX	贴片机 (半年)	1.清洁机器。 2、按照贴片机使用说明书日常维护要求进行维护等。		
48	BC0X	回流焊接机 (半年)	1.清洁机器。 2、按照回流焊接机使用说明书日常维护要求进行维护。		
49	28、35、41、48、54、57、66、76、	入片机 (一年)	1.清洁仪器。 2、检查前柱、中柱、后柱、底座、压片组件等固定螺丝是否松动。 3、对各活动部件加注润滑油，停用时应喷涂一层防锈油。		
编制			审核		审批